

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OCProduct
Produit

Vortex Mixer

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurVelp Scientifica S.r.l.
Via Stazione 16
20865 Usmate
ItalyName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantVelp Scientifica S.r.l.
Via Stazione 16
20865 Usmate
ItalyName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineVelp Scientifica S.r.l.
Via Stazione 16
20865 Usmate
ItalyNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page Additional information on page 2Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales9.8 W 12 Vdc. Supplied from Direct plug-in switching Power Supply model PSAA20R-120L6 manufactured by PHINONG. Input: 0.5 A 32-46 VA 100-240 V~ 50-60 Hz Cl. II
Output: 1.67 A 12 VdcTrademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

VELP SCIENTIFICA

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeurModel / Type Ref.
Ref. De type

Code F202A0175xx

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)

Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page)

A sample of the product was tested and found to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

In the model name "xx" is composed by two alphanumeric symbols or blank and indicates only a different graphic front panel

 Additional information on page 2IEC 61010-1:2010, IEC 61010-1:2010/AMD1:2016
IEC 61010-2-051:2015

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate

382270 and 382270-1

Comme indiqué dans le Rapport des essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat de test OC est établi par l'Organisme National de CertificationPhilip Pedersen vei 11,
NO-1366 Lysaker, Norway

Date: 21-07-2020

Signature: Juan Z. Saussey
Certification Department

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OCProduct
Produit

Vortex Mixer

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurVelp Scientifica S.r.l.
Via Stazione 16
20865 Usmate
ItalyName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantVelp Scientifica S.r.l.
Via Stazione 16
20865 Usmate
ItalyName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineVelp Scientifica S.r.l.
Via Stazione 16
20865 Usmate
ItalyNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page Additional information on page 2Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales9.2 W 12 Vdc Supplied from Direct plug-in switching Power Supply model PSAA20R-120L6 manufactured by PHINONG. Input: 0.5 A 32-46 VA 100-240 V~ 50-60 Hz, Cl. II
Output: 1.67 A 12 VdcTrademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

VELP SCIENTIFICA

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeurModel / Type Ref.
Ref. De type

Code F202A0270xx

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)

Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page)

A sample of the product was tested and found to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

In the model name "xx" is composed by two alphanumeric symbols or blank and indicates only a different graphic front panel

 Additional information on page 2IEC 61010-1:2010, IEC 61010-1:2010/AMD1:2016
IEC 61010-2-051:2015

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate

382270 and 382270-1

Comme indiqué dans le Rapport des essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat de essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**Philip Pedersen vei 11,
NO-1366 Lysaker, Norway

Date: 21-07-2020

Signature: Juan Z. Saussey
Certification Department

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OCProduct
Produit

Vortex Mixer

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurVelp Scientifica S.r.l.
Via Stazione 16
20865 Usmate
ItalyName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantVelp Scientifica S.r.l.
Via Stazione 16
20865 Usmate
ItalyName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineVelp Scientifica S.r.l.
Via Stazione 16
20865 Usmate
ItalyNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page Additional information on page 2Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales8.3 W 12 Vdc Supplied from Direct plug-in switching Power Supply model PSAA20R-120L6 manufactured by PHINONG. Input: 0.5 A 32-46 VA
100-240 V~ 50-60 Hz, Cl. II
Output: 1.67 A 12 VdcTrademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

VELP SCIENTIFICA

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeurModel / Type Ref.
Ref. De type

Code F202A0280xx

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)

Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page)

A sample of the product was tested and found to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

In the model name "xx" is composed by two alphanumeric symbols or blank and indicates only a different graphic front panel

 Additional information on page 2IEC 61010-1:2010, IEC 61010-1:2010/AMD1:2016
IEC 61010-2-051:2015

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate

382270 and 382270-1

Comme indiqué dans le Rapport de tests numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat de test OC est établi par l'Organisme National de CertificationPhilip Pedersen vei 11,
NO-1366 Lysaker, Norway

Date: 21-07-2020

Signature: Juan Z. Saussey
Certification Department

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OCProduct
Produit

Vortex Mixer

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurVelp Scientifica S.r.l.
Via Stazione 16
20865 Usmate
ItalyName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantVelp Scientifica S.r.l.
Via Stazione 16
20865 Usmate
ItalyName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineVelp Scientifica S.r.l.
Via Stazione 16
20865 Usmate
ItalyNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page Additional information on page 2Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales13.4 W 12 Vdc. Supplied from Direct plug-in switching Power Supply model PSAA20R-120L6 manufactured by PHINONG. Input: 0.5 A 32-46 VA 100-240 V~ 50-60 Hz Cl. II
Output: 1.67 A 12 VdcTrademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

VELP SCIENTIFICA

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeurModel / Type Ref.
Ref. De type

Code F202A0171xx

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page)

In the model name "xx" is composed by two alphanumeric symbols or blank and indicates only a different graphic front panel

 Additional information on page 2A sample of the product was tested and found to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à laIEC 61010-1:2010, IEC 61010-1:2010/AMD1:2016
IEC 61010-2-051:2015

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate

382270 and 382270-1

Comme indiqué dans le Rapport de tests numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat de test OC est établi par l'Organisme National de CertificationPhilip Pedersen vei 11,
NO-1366 Lysaker, NorwaySignature: Juan Z. Saussey
Certification Department

Date: 21-07-2020

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OCProduct
Produit

Vortex Mixer

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurVelp Scientifica S.r.l.
Via Stazione 16
20865 Usmate
ItalyName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantVelp Scientifica S.r.l.
Via Stazione 16
20865 Usmate
ItalyName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineVelp Scientifica S.r.l.
Via Stazione 16
20865 Usmate
ItalyNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page Additional information on page 2Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales8.16 W 12 Vdc. Supplied from Direct plug-in switching Power Supply model PSAA20R-120L6 manufactured by PHINONG. Input: 0.5 A 32-46 VA 100-240 V~ 50-60 Hz Cl. II
Output: 1.67 A 12 VdcTrademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

VELP SCIENTIFICA

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeurModel / Type Ref.
Ref. De type

Code F202A0173xx

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)

Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page)

A sample of the product was tested and found to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

In the model name "xx" is composed by two alphanumeric symbols or blank and indicates only a different graphic front panel

 Additional information on page 2IEC 61010-1:2010, IEC 61010-1:2010/AMD1:2016
IEC 61010-2-051:2015

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate

382270 and 382270-1

Comme indiqué dans le Rapport de tests numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat de test OC est établi par l'Organisme National de CertificationPhilip Pedersen vei 11,
NO-1366 Lysaker, NorwaySignature: Juan Z. Saussey
Certification Department

Date: 21-07-2020

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OCProduct
Produit

Vortex Mixer

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurVelp Scientifica S.r.l.
Via Stazione 16
20865 Usmate
ItalyName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantVelp Scientifica S.r.l.
Via Stazione 16
20865 Usmate
ItalyName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineVelp Scientifica S.r.l.
Via Stazione 16
20865 Usmate
ItalyNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page Additional information on page 2Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales10.3 W 12 Vdc. Supplied from Direct plug-in switching Power Supply model PSAA20R-120L6 manufactured by PHINONG. Input: 0.5 A 32-46 VA 100-240 V~ 50-60 Hz, Cl. II
Output: 1.67 A 12 VdcTrademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

VELP SCIENTIFICA

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeurModel / Type Ref.
Ref. De type

Code F202A0176xx

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)

Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page)

A sample of the product was tested and found to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

In the model name "xx" is composed by two alphanumeric symbols or blank and indicates only a different graphic front panel

 Additional information on page 2IEC 61010-1:2010, IEC 61010-1:2010/AMD1:2016
IEC 61010-2-051:2015

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate

382270 and 382270-1

Comme indiqué dans le Rapport des essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat de test OC est établi par l'Organisme **National de Certification**Philip Pedersen vei 11,
NO-1366 Lysaker, NorwaySignature: Juan Z. Saussey
Certification Department

Date: 21-07-2020